


DISPOSITIFS MEDICAUX ET MATERIEL



LES PRECAUTIONS STANDARD



5. DISPOSITIFS MEDICAUX ET MATERIEL

Les dispositifs et équipements médicaux manipulés par les professionnels et les patients peuvent être impliqués dans la **transmission de micro-organismes** en l'absence d'un **entretien conforme** entre deux utilisations



1. HYGIÈNE DES MAINS



2. GANTS



3. MASQUE ET LUNETTES
OU MASQUE À VISIÈRE



4. SURBLOUSE ET/OU
TABLIER



6. LINGE



7. DECHETS



8. ENVIRONNEMENT



9. PROTECTION
DU PERSONNEL



10. PROTECTION
DES PATIENTS

Points importants

Afin de limiter la transmission de micro-organismes au patient ou au professionnel par l'intermédiaire des dispositifs et équipements médicaux, il est primordial de respecter les quelques principes ci-dessous:

- Privilégier l'utilisation de matériel à usage unique
- Eliminer les dispositifs médicaux (DMx) à usage unique (UU) **immédiatement** après utilisation dans la filière des déchets adéquate
- Retraiter les DMx réutilisables et les équipements médicaux aussitôt après utilisation
- Retraiter les DMx réutilisables en fonction du niveau de risque et en tenant compte des recommandations des fabricants
- Nettoyer les DMx avant de les désinfecter et stériliser

① On ne peut désinfecter ou stériliser que ce qui est visuellement propre.

En résumé

Pour les dispositifs médicaux réutilisables, l'application d'un processus de retraitement (pré-désinfection, nettoyage, désinfection et stérilisation) efficace et adapté est **obligatoire**.

Ces dispositifs seront retraités dans des locaux/zones adaptés situés en dehors des zones de soins au patient selon la classification des dispositifs médicaux **critiques, semi-critiques, ou non-critiques**, en fonction de l'utilisation qui en est faite. Cette classification est utile pour le traitement de chaque dispositif.

Classification des dispositifs médicaux (table de Spaulding)

Définition d'après Spaulding	Exemples	Minimum de retraitement requis
Dispositifs non critiques (n'entrent en contact qu'avec la peau intacte)	Manchettes à pression, stéthoscopes...	Désinfection de niveau intermédiaire
Dispositifs semi-critiques (entrent en contact avec des muqueuses non stériles ou la peau non intacte)	Bronchoscopes, endoscopes digestifs, spéculum vaginal ou nasal...	Désinfection de haut niveau
Dispositifs critiques (entrent en contact avec du sang ou une cavité corporelle stérile)	Instruments chirurgicaux, implants, cathéters intravasculaires ...	Stérilisation

Extrait du guide romand des précautions standard. Avril 2017.